

Patient Dental Card

Certificat
d'Originalité et
d'Assistance


sweden & martina



Adresse

Téléphone



Tampon du cabinet dentaire
(nom et adresse)



www.sweden-martina.com

Position de l'implant dentaire

DU

SU

18 17 16 15 14 13 12 11

21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41

31 32 33 34 35 36 37 38

DL

SL

Description du traitement de réhabilitation
implanto-prothétique

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

MD SN LOT UDI



Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

POSITION

31

DATE DE
RÉOUVERTURE

PILIER DE
CICATRISATION

DATE PROTHÈSE

Réf. PILIER,
ATTACHEMENT, AUTRE

Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

NOTES

MD SN LOT UDI



Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

POSITION

31

DATE DE
RÉOUVERTURE

PILIER DE
CICATRISATION

DATE PROTHÈSE

Réf. PILIER,
ATTACHEMENT, AUTRE

Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

NOTES

MD SN LOT UDI



Apposer l'étiquette adhésive se trouvant dans l'emballage

POSITION

31

DATE DE
RÉOUVERTURE

PILIER DE
CICATRISATION

DATE PROTHÈSE

Réf. PILIER,
ATTACHEMENT, AUTRE

Apposer l'étiquette adhésive se trouvant dans l'emballage

NOTES

MD SN LOT UDI



Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

POSITION

31

DATE DE
RÉOUVERTURE

PILIER DE
CICATRISATION

DATE PROTHÈSE

Réf. PILIER,
ATTACHEMENT, AUTRE

Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

NOTES

MD SN LOT UDI



Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

POSITION

31

DATE DE
RÉOUVERTURE

PILIER DE
CICATRISATION

DATE PROTHÈSE

Réf. PILIER,
ATTACHEMENT, AUTRE

Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

NOTES

MD SN LOT UDI



Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

POSITION

31

DATE DE
RÉOUVERTURE

PILIER DE
CICATRISATION

DATE PROTHÈSE

Réf. PILIER,
ATTACHEMENT, AUTRE

Apposer l'étiquette adesive se trouvant dans l'emballage

NOTES

MD SN LOT UDI



Apposer l'étiquette adhésive se trouvant dans l'emballage

POSITION

31

DATE DE
RÉOUVERTURE

PILIER DE
CICATRISATION

DATE PROTHÈSE

Réf. PILIER,
ATTACHEMENT, AUTRE

Apposer l'étiquette adhésive se trouvant dans l'emballage

NOTES

Contrôles suivants

Date	Remarques

Date	Remarques

Date	Remarques



Matériaux

Les implants dentaires Sweden & Martina sont produits en titane médical Gr. 4 (ASTM F-67), car la recherche a démontré la biocompatibilité absolue de ce métal avec les tissus humains, condition impérative pour obtenir l'intégration de l'implant dans l'os.

L'engagement de la société dans la recherche de matières premières de très haute qualité, certifiées dès l'origine, permet à votre dentiste de toujours choisir la meilleure option en fonction de vos besoins cliniques.



Conseils pour le soin et la maintenance

La durée dans le temps d'une réhabilitation implantaire dépend de chaque patient.

Cependant elle est fortement liée à une bonne hygiène dentaire de la part du patient.

Des visites de contrôles et des examens réguliers permettront au praticien d'évaluer en temps voulu l'apparition d'éventuelles péri-implantites.

Nous conseillons de suivre scrupuleusement les indications et les prescriptions pré et post-opératoires de votre implantologue et de vous adresser à lui en cas de doute sur le déroulement correct des opérations quotidiennes de propreté et de soin.

Certification de qualité

La Dental Card atteste que les implants et les composants prothétiques utilisés pour votre solution implanto-prothétique sont des originaux et correspondent, quant à la qualité et la technologie, aux standards ISO 9001 et ISO 13485 et sont marqués CE conformément au Règlement (UE) 2017/745.

À partir du 26 mai 2021 le docteur devra obligatoirement remplir cette Dental Card avec les données suivantes:

1. Nom du patient ou ID du patient ;
2. Nom et adresse de l'établissement de santé qui a réalisé l'implant;
3. Date d'implant.

L'étiquette d'utilisation par le patient présente dans l'étui de l'implant doit être apposée dans les espaces appropriés.

L'étiquette d'utilisation par le patient présente dans l'emballage de la prothèse doit être apposée dans les espaces appropriés.

L'usine Sweden & Martina fabrique des dispositifs médicaux conformément au cGMP en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Grâce à la Dental Card, tous les dentistes seront en mesure de reconnaître votre type d'implant et d'intervenir en fonction de ce dernier.



Recherche scientifique

Sweden & Martina a toujours soutenu activement les protocoles de recherche expérimentale et clinique des principaux pôles de recherche universitaires et privés.

Cette synergie a abouti à la publication de centaines d'articles scientifiques au niveau national et international qui ont évalués toutes les caractéristiques des implants Sweden & Martina. Comme par exemple les traitements de surfaces, la morphologie et les connexions implanto-prothétiques mais également l'emploi de ces implants dans des protocoles «post-extractionnelle» et/ou de mise en charge immédiate.

Sweden & Martina place la recherche et l'éthique dentaire au centre de son activité entrepreneuriale.

Sa collaboration auprès des chercheurs et des cliniciens lui permet d'être au coeur du développement de ses produits, mettant ainsi à la disposition du patient les solutions les plus avant-gardistes dans de très courts délais.



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda - Portugal

info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ireland Ltd - Ireland

info.uk@sweden-martina.com

Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.

info.us@sweden-martina.com
www.sweden-martinainc.com



rev.11-21